



<b>Laboratorium for medisinsk biokjemi</b>				Ref. nr: <b>18.1.1</b>	Dokument type: Skjema
<b>Analyseoversikt med referanseområde, måleområde, analytisk variasjon og angivelse av akkreditering</b>					
Utarbeidet av: Anita Mikalsen	Dokument ansvarlig Kvalitetsleder	Godkjent av: Sjefsbiingeniør	Versjon: 14.01	Gjelder fra: 07.04.2021	Sidenr: 1 av 17

## REFERANSEOMRÅDER

Analysene benytter hovedsakelig samme referanseområder som OUS (Oslo Universitetssykehus), først implementert april 2012.

Alle referanseområdene ble kontrollert mot OUS november 2018. Albumin, fT4, kalsium og klor i blodgass ble justert etter endringer på OUS november 2020.

*Ulike referanseområder fra OUS og tilhørende kildehenvisning:*

- Kalium: Anbefaling fra Elektrolyttveilederen, 2. utgave 2015. dr. Kiarash Tazmini
- 25-OH Vitamin D total: Referanseområdet er etablert ved regresjonsligning for sammenligning av immunoturbidimetrisk metode vs LC-MS/MS fra leverandør, Roche. Mer interessant er imidlertid optimalt nivå for vitamin D. Dette er bl.a beskrevet i Tidsskr Nor Legeforen nr 7, 2014;134:729-31 og Holick MF et al. Evaluation, treatment and prevention of vitamin D deficiency. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2011 Jul;96(7): 1911-30.
- Gentamicin: Kun for pasienter på LDS. Sist revidert september 2018, se eHåndbok 4 - LDS - LAB Gentamicin.
- Venøs blodgass: Amundsen, Siri og Åsberg, Arne «Referansegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter i venøst blod fra friske voksne», Bioingeniøren nr 9. 2017. 22-25

## VARIASJONSKOEFFISIENTER

**Analytisk variasjonskoeffisient, VKa**, angir den tilfeldige analytiske usikkerheten til et måleresultat, dvs. standardavviket dividert med gjennomsnittet angitt i %. VKa i tabellen er laboratoriets garanti til rekvirenten, mens den oppnådde VKa vanligvis er lavere. Den sanne verdi av et analyseresultat (x) ligger med 95 % sikkerhet i intervallet  $x \pm 2$  (VKa/100). Ønskes utfyllende informasjon kan laboratoriet kontaktes.

**Biologisk variasjonskoeffisient** angir den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjonen for en analytt innen individ (CVw) og mellom individer (CVg).

Informasjon om biologisk variasjon er utarbeidet av Ricos C et al. og finnes på Westgard QC's database for biologisk variasjon:

[www.westgard.com/biodatabase1.htm](http://www.westgard.com/biodatabase1.htm)

**Total variasjonskoeffisient** angir den totale usikkerheten til et resultat, beregnet ut ifra analytisk og biologisk variasjon ( $CV_{tot} = \sqrt{(CV_a^2 + CV_w^2)}$ )

Et analysesvar er signifikant forskjellig fra et annet analysesvar hos samme pasient (over tid) dersom forskjell mellom svarene er større enn  $2,8 * CV_{tot}$ .

## AKKREDITERTE ANALYSER

Se akkrediteringsbevis og akkrediteringsomfang for vårt laboratorium, **TEST 292**, på hjemmesiden til Norsk Akkreditering: [www.akkreditert.no](http://www.akkreditert.no)

Analysert markert med **A** i tabellen er akkreditert. Laboratoriet har fleksibel akkreditering for alle akkrediterte analyser og det kan derfor gjøres endringer i akkrediteringsomfanget innenfor akkrediteringsbetingelsene uten at Norsk Akkreditering involveres først. Laboratoriet tilfredsstiller kravene i kapittel 4 gitt i NA Dok 50 og er godkjent av NA til å utføre slike endringer. Endringslogg kan fås ved henvendelse til kvalitetsleder.



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Pasient	Blod til analyse	17.2	Blodprøvetaking i egen organisasjon og eksterne sykehjem etter avtale. Anerkjente prosedyrer for venepunksjon benyttes.				A
<b>HEMATOLOGI</b>							
EDTA-fullblod	Leukocytter / Hvite blodlegemer	BHV	> 15 år: 3,5 – 10,0 x10 <sup>9</sup> /L  Barn: 6mnd – 5år: 6,0 - 17,0 x10 <sup>9</sup> /L 5 – 8 år: 5,0 – 15,5 x10 <sup>9</sup> /L 9 – 15 år: 4,5 – 14,0 x10 <sup>9</sup> /L	0 – 440 x10 <sup>9</sup> /L	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri	3,0	A
EDTA-fullblod	Nøytrofile granulocytter	BNEU	> 15 år: 1,5 – 7,3 x10 <sup>9</sup> /L  Barn: 6mnd – 48mnd: 1,0 – 8,5 x10 <sup>9</sup> /L 4 – 7 år: 1,5 – 8,5 x10 <sup>9</sup> /L 8 – 15 år: 1,5 – 8,0 x10 <sup>9</sup> /L	Se hvite	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri	4,0	
EDTA-fullblod	Lymfocytter	BLYM	> 15 år: 1,1 – 3,3 x10 <sup>9</sup> /L  Barn: 1 – 4 år: 2,0 – 11,0 x10 <sup>9</sup> /L 5 – 8 år: 1,5 – 8,0 x10 <sup>9</sup> /L 9 – 15 år: 1,5 – 6,5 x10 <sup>9</sup> /L	Se hvite	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri		
EDTA-fullblod	Monocytter	BMON	> 15 år: 0,2 – 0,8 x10 <sup>9</sup> /L  Barn: 1 – 15 år: 0,2 – 1,3 x10 <sup>9</sup> /L	Se hvite	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri		



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
EDTA-fullblod	Basofile	BBAS	0 – 0,1 x10 <sup>9</sup> /L	Se Hvite	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri		
EDTA-fullblod	Eosinofile	BEOS	0 - 0,4 x10 <sup>9</sup> /L	Se Hvite	Sysmex XN-9000 Fluorescence Flowcytometri		
EDTA-fullblod	Trombocytter	BTBC	> 18 år: 145 - 390 x10 <sup>9</sup> /L  Barn: 1 – 17 år: 150 – 450 x 10 <sup>9</sup> /L	0 – 5000 x10 <sup>9</sup> /l	Sysmex XN-9000 Impedans og Fluorescence Flowcytometri (lave)	4,6	A
EDTA-fullblod	Hemoglobin	BHB	Menn ≥12 år: 13,4 – 17,0 g/dl Kvinner ≥ 12 år: 11,7 – 15,3 g/dl Gravide har 5 – 10 % lavere verdier  Barn: 1 år – 11 år: 11,0 – 15,5 g/dl	0,0 – 26,0 g/dl	Sysmex XN-9000 SLS-metode (fotometri)	1,4	A
EDTA-fullblod	EVF / Hematokrit	BHCT	Menn > 12 år: 0,40 - 0,50 fraksjon Kvinner > 12 år: 0,35 – 0,46 fraksjon  Barn: 4 mnd – 5 år: 0,30 – 0,40 fraksjon 6år – 11 år: 0,35 – 0,45 fraksjon	0,0 – 0,75	Sysmex XN-9000 Impedansemetode med HDF	2,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
EDTA-fullblod	Erytrocytter / Røde blodlegemer	BRØ	Menn >12 år: 4.3 – 5.7 x10 <sup>12</sup> /L Kvinner >12 år: 3.9 – 5.2 x10 <sup>12</sup> /L  Barn: 2 år–11 år: 3,9 – 5,3 x10 <sup>12</sup> /L	0 – 8,6 x 10 <sup>12</sup> /l	Sysmex XN-9000 Impedansemetode med HDF (kumulativ pulshøydedeteksjon)	1,6	A
EDTA-fullblod	MCV	MCV	> 18 år: 82 - 98 fl  Barn: 6mnd – 5 år: 70 – 87 fl 6 – 11 år: 76 – 95 fl 12 – 17 år: 78 – 98 fl	Avhenger av bhct og brø	Sysmex XN-9000 Beregnet	1,3	A
EDTA-fullblod	MCH	MCH	> 18 år: 27 - 33 pg  Barn: 6mnd – 5 år: 23 – 31 pg 6 – 17 år: 25 – 33 pg	Utregnet parameter	Sysmex XN-9000 Beregnet	2,0	A
EDTA-fullblod	MCHC	MCHC	> 18 år: 32 – 36 g/dl  Barn: 1år – 17 år: 28 – 36 g/dl	Utregnet parameter	Sysmex XN-9000 Beregnet	2,2	A
EDTA-fullblod	RDW	RDW	11 – 15 %	Se Røde	Sysmex XN-9000 Beregnet	1,8	



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
EDTA-fullblod	Retikulocytter	BRETIK	30 – 100 x10 <sup>9</sup> /L	0,0 – 720,0 * 10 <sup>9</sup> /L	Sysmex XN-9000 Fluorescense Flowcytometrisk	10	
EDTA-fullblod	Retikulocytthemoglobin	BCHR	≥ 18 år: 30 - 37 pg	Avhenger av Retikulocytter	Sysmex XN-9000 Beregnet	2,0	
Citrat-fullblod	Senkning	BSR	Kvinner: 1 – 17 mm Menn: 1 – 12 mm	1-120 mm/time	Bedi Sedi -40 Modifisert Waldenstrøms prinsipp		
EDTA-fullblod	Blodutstryk og farging	BUTS	Anerkjente prosedyrer for blodutstryk benyttes.				
Benmarg	Farging av perifert blodutstryk fra benmarg	BEFA	Utstryk farges i fargemaskinen Ral-stainer. Fargemetoden er basert på panoptisk farging.				
Benmarg	Jernfarging av benmarg	FEFA	Fargemetoden er basert på Berlinerblåttreaksjonen (Perles reaksjon)				
EDTA-fullblod	Malaria utstryk (tykk- & tynndråpe)	BTYK BTYN	Anerkjente prosedyrer for blodutstryk til malaria benyttes.				
EDTA-fullblod	Malaria-antigen hurtigtest	BMAL	Negativ	Antigentesten Binax NOW Malaria.  Metoden detekterer det histidinrike proteinet HRP-2, som produseres av <i>P.falciparum</i> . Den detekterer også aldolase, et enzym som finnes hos alle de fire Plasmodiumartene.  Metoden bruker 2 ulike monoklonale antistoffer, rettet mot henholdsvis HRP-2 og aldolase.			



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
<b>KOAGULASJON</b>							
Citrat-plasma	PT-INR	INR	0,8 – 1,2 INR	0,8- 7,5 INR	STAR Max Clot-teknikk	3,0 Høyde: 3,5	A
Citrat-plasma	aPTT	PAPTT	30 - 42 sek	20 – 180 sek	STAR Max Clot-teknikk	5,0	A
Citrat-plasma	Fibrinogen	PFIB	2,0 – 4,0 g/L	0,4 – 12,0 g/L	STAR Max Clot-teknikk	5,4	A
Citrat-plasma	D-dimer	PDIM	Ved bruk av Wells skår ved utredning for DVT/LE betraktes D-Dimer som normal dersom resultatet er < 0,50 mg/L for pasienter under 50 år. For pasienter mellom 50-80 år betraktes D-Dimer som normal dersom resultatet er lavere enn alder*0,01. Eks: 60 år: <0,60. 75 år: <0,75 Ved alder over 80 år er <0,80 mg/L normalt.	0,27 – 4,0 mg/L	STAR Max Immunoturbidimetri (FEU)	10,0	A
<b>MEDISINSK BOKJEMI - ANEMIUTREDNING</b>							
Serum	Ferritin	SFER	Kvinner ≥ 16 år: 10 – 170 µg/L Menn ≥ 16 år: 30 – 400 µg/L 1 – 15 år: 10 – 140 µg/L	1 - 2000 µg/l	Cobas 6000 Immunkjemi	5,0 Lave: 6,0	A
Serum	Jern	SFE	≥ 18 år: 9 – 34 µmol/L 1 – 17 år: 9 – 22 µmol/L	0,90 – 179 µmol/L	Cobas 6000 Fotometri	5,0	A
Serum	Transferrin	STRF	> 1 år: 2,0 - 3,3 g/L	0,1-5,2 g/l	Cobas 6000 Immunkjemi	4,0	A
Serum	Jernmetning (transferrinmetning)	SFEME	Kvinner 18-49 år: 10 – 50 % Kvinner > 49 år: 15 – 50 % Menn > 18 år: 15 – 57 %	Beregnes fra jern og transferrin		Se jern	



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Serum	Vitamin B12/ kobalamin	SB12	150 – 650 pmol/L	36,9 – 1476 pmol/L	Cobas 6000 Immunkjemi	6,0 Lave: 10,0	A
Serum	Folat i serum	FOLS	> 7 nmol/l	5 - 45,4 nmol/l	Cobas 6000 Immunkjemi	8,0 Lave: 15,0	A
<b>MEDISINSK BOKJEMI - ELEKTROLYTTER m.m</b>							
Serum	Natrium	SNA	> 8 år: 137 – 145 mmol/L 0 - 7 år: 136 – 146 mmol/L	80-180 mmol/l	Cobas 6000 ISE (IoneSelktivElektrode)	1,5	A
Serum	Kalium	SK	≥ 12 år: 3,6 – 5,0 mmol/L 1 – 11 år: 3,4 – 5,0 mmol/L	1,5 – 10,0 mmol/L	Cobas 6000 ISE	2,2	A
Serum	Klorid	SCL	98 – 107 mmol/L	60 – 140 mmol/l	Cobas 6000 ISE	2,5	A
Serum	Magnesium	SMG	0,71 – 0,94 mmol/L	0,10-2,00 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	2,5	A
Serum	Fosfat	SPO	Kvinner ≥ 16 år: 0,9 – 1,5 mmol/L Menn: 16 – 49 år: 0,8 – 1,7 mmol/L > 50 år: 0,8 – 1,4 mmol/L Barn: 10 – 15 år: 1,1 – 1,7 mmol/L 3 – 9 år: 1,0 – 1,9 mmol/L 1 – 2 år: 1,3 – 2,1 mmol/L	0,1-6,46 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Serum	Kalsium total	SCA	≥ 18 år: 2,20 – 2,55 mmol/L Barn 1 – 17 år: 2,31 -2,64 mmol/L	0,2 – 5,0 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	2,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analysekode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Serum	Fritt Kalsium ved ukorrigert pH	SFCA	≥ 1 år: 1,15 -1,33 mmol/l	0,2 – 9,99 mmol/l	ABL 90 Flex Plus Potensiometri / direkte ISE	2,0	
Serum	Osmolalitet	SOSM	280 – 300 mosmol/kg H <sub>2</sub> O	0 – 2000 mosmol/kgH <sub>2</sub> O.	Fiske 210 Frysepunkt teknikk	1,0	A
<b>MEDISINSK BIOKJEMI - METABOLITTER</b>							
Serum	Urinstoff/ karbamid	SURE	Kvinner: 0 – 49 år: 2,6 – 6,4 mmol/L > 49 år: 3,1 – 7,9 mmol/L  Menn: 0 – 49 år: 3,2 – 8,1 mmol/L ≥ 50 år: 3,5 – 8,1 mmol/L	0,5 – 40 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	Lavt: 4,0 Høyt: 3,5	A
Serum	Kreatinin	SKRE	Kvinner ≥ 15 år: 45 – 90 µmol/L  Menn ≥ 15 år: 60 – 105 µmol/L  Barn: 1 – 2 år: 15 – 31 µmol/L 3 – 4 år: 23 – 37 µmol/L 5 – 6 år: 25 – 42 µmol/L 7 – 8 år: 30 – 48 µmol/L 9 – 10 år: 28 – 57 µmol/L 11 – 12 år: 37 – 63 µmol/L 13 – 14 år: 40 – 72 µmol/L	5-2700 µmol/l	Cobas 6000 Fotometri	4,0	A
Serum	eGFR	GFR	Se brukerhåndbok i med. biokjemi	Utregnet parameter	Cobas 6000 / CKD-EPI kreatinin formel		
Serum	Urinsyre/ urat	SURY	Kvinner: 18 – 49 år: 155 – 350 µmol/L ≥ 50 år: 155 – 400 µmol/L  Menn ≥ 18 år: 230 – 480 µmol/L  Barn har normalt noe lavere verdier.	11,9-1487 µmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A





Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Serum	Bilirubin total	SBIL	> 1 år: 5 – 25 µmol/L	1,7-650 µmol/l	Cobas 6000 Fotometri	5,0	A
<b>MEDISINSK BOKJEMI - ENZYMER</b>							
Serum	ASAT	SAST	Kvinner: 15 - 35 U/L Menn: 15 – 45 U/L	5 – 700 U/L	Cobas 6000 Fotometri	3,0 Lave: 3,5	A
Serum	ALAT	SALT	Kvinner > 18 år: 10 – 45 U/L Menn > 18 år: 10 – 70 U/L Barn 0 – 17 år: 10 – 45 U/L	5 – 700 U/L	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Serum	LD	SLD	Voksne: 18 – 69 år: 105 – 205 U/L ≥ 70 år: 115 – 255 U/L Barn: 12 – 24 mnd: 180 – 430 U/L 2 – 12 år: 110 – 295 U/L 13 – 17 år: 100 – 190 U/L	10 – 1000 U/L	Cobas 6000 Fotometri	4,0	A
Serum	CK	SCK	Kvinner: 0 -17 år: 30 – 200 U/L ≥ 18 år: 35 – 210 U/L Menn: 0 – 17 år: 40 – 250 U/L 18 – 49 år: 50 – 400 U/L ≥ 50 år: 40 – 280 U/L	7-2000 U/l	Cobas 6000 Fotometri	4,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Serum	GT	SGT	Kvinner: 0 - 39 år: 10 – 45 U/L ≥ 40 år: 10 – 75 U/L Menn: 0 - 39 år: 10 – 80 U/L ≥ 40 år: 15 – 115 U/L	3 – 1200 U/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Serum	ALP (Alk. Fosfatase)	SALP	Voksne ≥ 18 år: 35 – 105 U/L Barn: Jenter 13 – 17 år: < 190 U/L Gutter 13 – 17 år: < 390 U/L 7 – 12 år: < 300 U/L 4 – 6 år: < 270 U/L 1 – 3 år: < 280 U/L	5 – 1200 U/L	Cobas 6000 Fotometri	4,0 Lave: 6,0	A
Serum	Amylase, pankreas (erstattet amylase, total fra 07.04.21)	SPAM	10 – 65 U/L	3-1500 U/L	Cobas 6000 Fotometri	3,4	A
<b>MEDISINSK BOKJEMI - PROTEINER</b>							
Serum	Protein total	STP	> 1 år: 62 – 78 g/L	2,0 – 120 g/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Serum	Albumin	SALB	1 – 7 år: 40 - 49 g/L 8 – 14 år: 42 - 51 g/L 15 – 18 år: Jenter: 40 - 53 g/L Gutter: 43 - 53 g/L 19 – 69 år: 38 - 52 g/L ≥ 70 år: 34 - 50 g/L	2 – 60 g/L	Cobas 6000 Fotometri	3,0 Lave: 5,0	A
Serum Edta-plasma	CRP	SCRIP	< 4 mg/L	1-350 mg/l	Cobas 6000 Immunkjemi	4,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
Serum	PSA	SPSA	Menn: 0- 49 år: < 2,5 µg/L 50 – 59 år: < 3,5 µg/L 60 – 120 år: < 4,0 µg/L	0,02 – 100 µg/L	Cobas 6000 Immunkjemi	6,0 Lave: 10	A
<b>MEDISINSK BIOKJEMI – KARBOHYDRATER/DIABETES</b>							
Kapillær fullblod	Glukose i blod	BGLU	1mnd – 4 år: 3,3 – 5,5 mmol/L > 4 år: 4,2 – 6,3 mmol/L	0,6 - 33.3 mmol/l	Accu Check		
Serum	Glukose i serum (fastende)	SGLU	1 mnd – 4 år: 3,3 – 5,5 mmol/L > 4 år: 4,0 – 6,0 mmol/L	0,11-41.6 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Li-heparin plasma	Glukoseplasma fastende til glukosebelastning	PGLU0	<b>TOLKNING:</b> <b>Svangerskapsdiabetes:</b> Fastende 5,3 – 6,9 og/eller 2-timers verdi 9,0 -11,0 <b>Diabetes mellitus:</b> Fastende $\geq$ 7,0 og/eller 2-timers verdi $\geq$ 11,1 <b>Nedsatt glukosetoleranse:</b> Fastende 6,1 – 6,9 og/eller 2-timers verdi 7,8 – 11,0 <b>Normalt:</b> Ingen av de nevnte verdier er gjeldende <i>Se også informasjon på <a href="http://www.helsedirektoratet.no">www.helsedirektoratet.no</a></i>	0,11-41.6 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	
Li-heparin plasma	Glukoseplasma stimulert 120 minutter, til glukosebelastning	PGLU120	<b>TOLKNING:</b> <b>Svangerskapsdiabetes:</b> Fastende 5,3 – 6,9 og/eller 2-timers verdi 9,0 -11,0 <b>Diabetes mellitus:</b> Fastende $\geq$ 7,0 og/eller 2-timers verdi $\geq$ 11,1 <b>Nedsatt glukosetoleranse:</b> Fastende 6,1 – 6,9 og/eller 2-timers verdi 7,8 – 11,0 <b>Normalt:</b> Ingen av de nevnte verdier er gjeldende <i>Se også informasjon på <a href="http://www.helsedirektoratet.no">www.helsedirektoratet.no</a></i>	0,11-41.6 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	
EDTA-fullblod	HB <sub>A1c</sub>	BA1C	20 – 42 mmol/mol	6 – 196 mmol/mol	Tosoh G11 HPLC	3,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
<b>MEDISINSK BOKJEMI - LIPIDER</b>							
Serum	Kolesterol (total)	SKOL	≥ 50 år: 3,9 – 7,8 mmol/L 30 – 49 år: 3,3 – 6,9 mmol/L 18 – 29 år: 2,9 – 6,1 mmol/L 10 – 17 år: 3,0 – 5,5 mmol/L 4 – 9 år: 3,0 – 5,0 mmol/L 1 – 3 år: 2,0 – 5,0 mmol/L	0,1 – 20,7 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,0	A
Serum	HDL kolesterol	HDLK	Kvinner: 1,0 – 2,7 mmol/L Menn: 0,8 – 2,1 mmol/L	0,08 – 3,88 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	4,0	A
Serum	LDL-kolesterol	LDLK	≥ 50 år: 2,1 – 4,9 mmol/L 30 – 49 år: 1,9 – 4,8 mmol/L 18 – 29 år: 1,5 – 4,2 mmol/L	Beregnet parameter	Utregnet parameter		
Serum	Triglyserider	STRG	0,5 – 2,6 mmol/L	0,1 – 10,0 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	3,5	A
<b>MEDISINSK BOKJEMI - HJERTEMARKØRER</b>							
Serum	Troponin T	STNT2	< 14 ng/L	4 – 10 000 ng/l	Cobas 6000 Immunkjemi (High Sensitive, Stat)	7,0 Lave: 8,5	A
Serum	NT-pro BNP	SPROB	Barn 6 -17 år: < 170 ng/l Menn 18 - 49 år: < 85 ng/l Menn 50 – 69 år: < 250 ng/l Menn 70 – 120 år: < 500 ng/l Kvinner 18 - 49 år: < 170 ng/l Kvinner 50– 69 år: < 300 ng/l Kvinner 70 – 120 år: < 760 ng/l	10 – 35 000 ng/l	Cobas 6000 Immunkjemi	7,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analysekode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
<b>MEDISINSK BIOKJEMI - HORMONER</b>							
Serum	TSH	STSH	Voksen: 16 – 20 år: 0,5 – 4,4 mIU/L ≥ 21 år: 0,5 – 3,6 mIU/L Barn: 1 – 5 år: 0,7 – 6,0 mIU/L 6 – 10 år: 0,6 – 5,4 mIU/L 11 – 15 år: 0,5 – 4,9 mIU/L	0,005 – 100,0 mIU/l	Cobas 6000 Immunkjemi	5,0 Lave: 6,0	A
Serum	Fritt thyroksin / fT4	SFT4	Voksen: > 20 år: 12 – 22 pmol/L Barn: 6 – 19 år: 12 – 22 pmol/L 1 – 5 år: 12 – 23 pmol/L	0,5 - 100 pmol/l	Cobas 6000 Immunkjemi	6,0	A
Serum	25-OH Vitamin D total	SVITD	Referanse område: 34 - 122 nmol/l Optimalt område: 75 – 150 nmol/l	8 – 250 nmol/l	Cobas 6000 Immunkjemi	13,0	A
<b>MEDISINSK BIOKJEMI - MEDIKAMENTER</b>							
Serum	Digoxin	SDIGO	Terapeutisk nivå: 0,6 – 1,3 nmol/L	0,19 - 6,4 nmol/l	Cobas 6000 Immunkjemi	10,0	A
Serum	Litium	SLIT	Terapeutisk nivå: 0,4 – 1,0 mmol/L	0,05-3,00 mmol/l	Cobas 6000 Fotometri	6,0 Lave: 8,5	A
Serum	Paracetamol	SPAR	Terapeutisk nivå: 70 – 150 µmol/l	33,1-1324 µmol/l	Cobas 6000 EMIT: enzym-immunologisk	10,0	A
Serum	Etanol	SETA	Intoxanalyse	0,1-5,0 %	Cobas 6000 Enzymatisk	8,0	A
Serum	Gentamicin	SGEN	Kun for pasienter på LDS. For tolkning se eHåndbok: 4 - LDS - LAB Gentamicin	0,24 -12 mg/l	Cobas 6000 enzym-immunanalyzesystem	10,0 Lave: 12,0	A



Materiale	Analyse/ Parameter	Intern analyse-kode	Referanseområde	Måleområde	Instrument og måleprinsipp	VKa %	Akkreditert
MEDISINSK BOKJEMI - JERNBELASTNING							
Serum	Jernbelastning	FEFAST FE120	Ved normal gastrointestinal funksjon vil stigning av s-jern etter 2 timer være relatert til ferritinverdien målt før belastning på følgende måte: <i>Ferritin:      Økning av jern etter 2 t :</i> < 20 µg/L      > 18 µmol/L 20-40 µg/L     > 10 µmol/L >60 µg/L       > 3 µmol/L		Se Jern		



BLODGASS – Referanseområdene gjelder hovedsakelig for arteriell blodgass. Eget ref-omr for venøse blodgass er evt oppgitt under arterielle.

Heparin-fullblod	pH	BPH VPH	7,35 – 7,44 7,31 – 7,42		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	pCO <sub>2</sub>	BCO <sub>2</sub> VCO <sub>2</sub>	4,7 – 6,0 kPa 5,3 – 7,9 kPa		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	pO <sub>2</sub>	BPO <sub>2</sub>	10 – 14 kPa		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Aktuell bikarbonat	SBIK VBIK	22 – 26 mmol/L 24 -31 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Base excess	BBE VBE	-3 – 3 mmol/L -1 – 5,4 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	O <sub>2</sub> -metning arteriell	AO2M	0,94 -0,99		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Laktat	BLAKT VLAKT	0,5 – 2,5 mmol/L 0,5 – 2,3 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Natrium	BNA	137 – 145 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Kalium	BK	3,5 – 5,0 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Klorid	BCL	102 – 110 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Aniongap	BAN	Se brukerhåndbok med.biokjemi, avhenger av albuminkonsentrasjon.		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Fritt kalsium, ukorrigert	BFCA	1,15 – 1,33 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Hemoglobin (blodgass)	BGHB	Se BHB		ABL 90 Flex Plus		
Heparin-fullblod	Glukose i blod	BGGLU	1mnd – 4 år: 3,3 – 5,5 mmol/L > 4 år: 4,2 – 6,3 mmol/L		ABL 90 Flex Plus		



URINANALYSER							
Urin	Albumin, stix	UALS	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	Blod, stix	UBLO	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	Glukose, stix	UGLU	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	Ketoner, stix	UKET	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	Hvite blodlegemer, stix	ULEV	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	Nitritt, stix	UNIT	Negativ		Clinitec Advantus		
Urin	pH, stix	UPH	5,0 – 6,0		Clinitec Advantus		
Urin	Spesifikk vekt, stix	USPV	Tilfeldig prøve: 1.001 – 1.030 Døgnurin: 1.016 – 1.022		Clinitec Advantus		
Urin	Mikroskopi av urin	UMIK		Anerkjente prosedyrer for urinmikroskopi benyttes.			
Urin	Albumin i urin	UALB	Døgnurin: <20 mg/L		Cobas 6000	6,0	
Urin	Kreatinin i urin	UKRE			Cobas 6000	4,0	
Urin	Albumin/kreatinin ratio	UAKR	Morgenurin: < 3 mg/mmol		Cobas 6000 Beregnet av albumin og kreatinin		
Urin	Natrium i urin	UNA			Cobas 6000	5,0	
Urin	Kalium i urin	UKA			Cobas 6000	4,0	
Urin	Graviditetstest	UGRA			Hurtigtest i urin (hCG)		
Urin	Legionella	ULEG	Neg		Hurtigtest, antigen		
Urin	Pneumokokk	UPNE	Neg		Hurtigtest, antigen		





## ANNET: mikrobiologi, spinalvæske, andre prøvematerialer

Serum	Mononukleasetest	SMON	Neg		Hurtigtest i serum, antigen		
Fullblod	Blodkultur	BKULT	Neg		Inkuberes i Bactec FX		
Fullblod	Soppkultur	BSOP	Neg		Inkuberes i Bactec FX		
Penselprøver	MRSA	MRSA	Ikke påvist		GeneXpert PCR teknikk		
Penselprøve	Sars-CoV-2 / Influenza A og B / RSV virus	COFLR	Ikke påvist		GeneXpert PCR teknikk		
Penselprøve	Influenza A og B / RSV virus	INFL	Ikke påvist		GeneXpert PCR teknikk		
Cerebro- spinalvæske	Farge spinalvæske	CFAR	Fargeløs		Visuell inspeksjon		
Cerebro- spinalvæske	Utseende spinalvæske	CUTS	Klar		Visuell inspeksjon		
Cerebro- spinalvæske	Glukose i spinal	CGLU	60 – 70 % av samtidig bestemt blodglukose		Cobas 6000	3,0	
Cerebro- spinalvæske	Protein i spinal	CPR	1 – 17 år: 0,15 – 0,45 g/L 18 – 49 år: 0,15 – 0,50 g/L ≥50 år: 0,15 – 0,55 g/L		Cobas 6000	Lavt: 10,0 Høyt: 6,0	
Cerebro- spinalvæske	Hvite blodlegemer i spinal	CSFHV, CSFMN, CSFPMN	>1 år: 0 - 4 10 <sup>6</sup> /L		Sysmex XN-9000 Fluorescense flowcytometri Body Fluid Mode		
Cerebro- spinalvæske	Pneumokokkantigen i spinal	CPNE	Neg		Hurtigtest, antigen		
Acitesvæske Pleuravæske Leddvæske	Hematologi				Sysmex XN-9000 Fluorescense flowcytometri Body Fluid Mode		
Acitesvæske Pleuravæske	Med.biokjemi				Cobas 6000		

Endringshistorikk: Ta kontakt med kvalitetsleder på laboratoriet

Distribusjon: EK + internett + intranett + eHåndbok