

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Laboratorium for medisinsk biokjemi				Ref. nr: 22.1	Dokument type: Prosedyrer
Ringegrenser					
Utarbeidet av: Anita Mikalsen, Agnete N. Hjelmtvedt	Prosedyreansvarlig: Sjefbioingeniør	Godkjent av: Sjefsbioingeniør	Versjon: 12.00	Gjelder fra: 10.06.2020	Format for internett

Hemoglobin	< 7,0	Tillegg for kirurgi inneliggende: og/eller fall > 2
Hvite	< 1,5 > 50,0	
Nøytrofile	< 0,5	
Trombocytter	< 20 >1500	
Malaria	Positiv	
INR	> 5,5	Skal alltid ringes
aPTT	> 120	
D-Dimer	> 4,0	Kun eksterne
Natrium	< 120 > 155	
Kalium	< 2,5 > 6,2	
Kalsium	< 1,80 > 3,20	
Fritt kalsium	< 0,80 > 1,60	
Fosfat	< 0,3 > 2,0	
Magnesium	< 0,50 > 3,00	
Kreatinin	> 500	
Glukose	< 2,0 > 23,0	
Troponin T	> 50	Ringes ikke med. pol.
CK	> 10 000	
Litium	≥ 1,5	
Digoksin	≥ 2,6	
Paracetamol	≥ 500	
Blodkultur	positiv	første flasken ringes (sett av 4)
SARS-CoV-2	påvist	
MRSA	påvist	
Legionella i urin	positiv	